



МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ "СВЕТИ ИВАН РИЛСКИ" ЕООД ГР. ДУПНИЦА

ул. "Свети Георги" № 2 www.mbal.org

Изм. № ...2233/26.06.2020г.

РАЗЯСНЕНИЯ ПО ДОКУМЕНТАЦИЯ ЗА УЧАСТИЕ

Относно: запитване във връзка с документация по обществената поръчка 00565-2020-0001 от 01.06.2020 година, с предмет „Доставка, монтаж, пускане в експлоатация, обучение на персонала и гаранционна поддръжка на един брой система за компютър-томографски изследвания за МБАЛ „Свети Иван Рилски“ ЕООД

Във връзка с постъпило запитване относно условията на обществената поръчка 00565-2020-0001 от 01.06.2020 година, с предмет „Доставка, монтаж, пускане в експлоатация, обучение на персонала и гаранционна поддръжка на един брой система за компютър-томографски изследвания за МБАЛ „Свети Иван Рилски“ ЕООД и на основание чл.33, ал.2 от ЗОП давам следните разяснения:

Въпрос:

Ще бъдат ли приети предложения, при които стойности на технически параметри на предлаганата апаратура имат отклонение по-малко от 10% спрямо минималните технически изисквания, ако това отклонение няма връзка с диагностичните и клинични приложения на апаратурата. Запитването визира стойностите в техническите изисквания по посочените точки:

- 1.2. Най-кратко време за 360 градуса ротация - ≤ 0.75 секунди
- 2.1. Обхват на вертикално движение на масата в см - Минимум 48-90 см

Отговор:

Да, ако това отклонение няма връзка с диагностичните и клинични приложения на апаратурата.

Настоящите разяснения да се считат за неразделна част от документацията за участие в обществената поръчка с горепосочения предмет.

С уважение,
МАРИЯ ЖАЙ
ПРОКУРИСТ
МБАЛ „СВЕТИ ИВАН РИЛСКИ“ ЕООД

Занежко на окъване
Ремонет (ЕС) 2016/679

