



**МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ**  
**“СВЕТИ ИВАН РИЛСКИ” ЕООД ГР. ДУПНИЦА**  
**ул. “Свети Георги” № 2 [www.mbal.org](http://www.mbal.org)**

МБАЛ „Свети Иван Рилски“ ЕООД прави следните изменения в техническата спецификация, неразделна част от документацията за участие в процедура с предмет Доставка на система за компютър-томографски изследвания за МБАЛ "Свети Иван Рилски" ЕООД, публикувана в РОП на АОП с идентификационен номер 00565-2020-0001.

1. В т.1.1. е предвидено разстояние фокус-детектор – не повече от 95 см.

Следва да се чете: разстояние фокус-детектор – не повече от 105 см.

2. В т.3.2. е предвиден Обхват на kV – Минимум: 70-140 KV

Следва да се чете: Обхват на kV – Минимум: 90-130 KV

3. В т.3.3. е предвиден Обхват на анодния ток в mA, реален (не еквивалентен) – Минимум: 10-230 mA

Следва да се чете: Обхват на анодния ток в mA, реален (не еквивалентен) – Минимум: 30-230 mA

4. В т.6.7. е предвидена техника за итеративна реконструкция от най-висок клас. Избираеми нива за намаляване на шума с различни стъпки на реконструкция. Приложима за аксиално и спирално сканиране и различните матрици на реконструкция.

Следва да се чете: Техника за итеративна реконструкция от най-висок клас.

5. В т.6.1. е предвидена матрица на реконструкция с параметри Минимум 512 x 512. Възможност за по-висока матрица.

Следва да се чете: Матрица на реконструкция с параметри Минимум 512 x 512.

6. Добавя се нова точка 5.3. със следното съдържание:  
Двуфокусна рентгенова тръба с размер (площ) на малкия фокус – не по-голям от 0,70 mm<sup>2</sup>.

Участниците следва да отразят направените промени в техническото си предложение (Приложение №3 от документацията за участие)

С уважение,

**МАРИЯ ЖАЙГАРОВА**  
**Прокурис**

